

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

- 1. Предмет закупівлі за кодом ДК021-2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (Хірургічні світильники зі стельовим кріпленням - відповідний код 33167000-8 (Код згідно НК 024:2019: 12282 — Операційний світильник))**
- 2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-21-010200-b**
- 3. Відкриті торги;**
- 4. Очікувана вартість закупівлі: 414 000,00 грн (чотириста чотирнадцять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.**
- КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**
- 5. Кількість товарів: 2 шт.**
- 6. Термін поставки товару – по 01 березня 2021 року**
- 7. Місце поставки товару: вул. Шімзерів, 3а, м. Львів, Львівська область, Україна, 79010**
- 8. Особливі вимоги до предмета закупівлі**

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до хірургічних світильників зі стельовим кріпленням

1. Призначення:

Світильник хірургічний повинен бути призначений для використання в операційних, реанімаційних відділеннях і діагностичних кабінетах для освітлення робочого поля та створення безтіньового ефекту в робочому полі при хірургічних операціях і діагностичних обстеженнях в усіх областях сучасної медицини.

2. Загальні відомості :

№	Загальні відомості	Ступінь інформації
1.	Фірма виробник обладнання	вказати
2.	Країна-виробник	вказати
3.	Модель	вказати
4.	Гарантійний термін експлуатації	не менше 12 місяців

3. Комплектація:

№	Найменування	Кількість
1	Світильник хірургічний	2 шт.
2	Інструкція з експлуатації українською мовою	2 шт.

4. Технічні параметри:

№	Медико-технічні характеристики	Значення
1	Тип світильника	стельовий, двоблочний
2	Тип освітлення	LED
3	Життєвий цикл світлових елементів	не менше 50000 год
4	Діаметр купола основного освітлювального блоку	не менше 700 мм
5	Діаметр купола допоміжного освітлювального блоку	не менше 500 мм
6	Кількість світлодіодів в основному освітлювальному блоці	не менше 80 шт
7	Кількість світлодіодів в допоміжному освітлювальному блоці	не менше 40 шт
8	Плавне регулювання освітленості та колірної температури основного та допоміжного освітлювальних блоків	наявність
9	Максимальна освітленість основного освітлювального блоку	не менше 160000 лк
10	Максимальна освітленість допоміжного освітлювального блоку	не менше 140000 лк
11	Колірна температура основного освітлювального блоку	не гірше 3500-5000 К
12	Колірна температура допоміжного освітлювального блоку	не гірше 3500-5000 К
13	Індекс передачі кольору Ra	не гірше 95
14	Регульований діаметр світлового поля основного освітлювального блоку, мм	не гірше 110 - 350 мм
15	Регульований діаметр світлового поля допоміжного освітлювального блоку, мм	не гірше 110 - 350 мм
16	Глибина фокусу основного освітлювального блоку	не менше 600 мм
17	Глибина фокусу допоміжного освітлювального блоку	не менше 600 мм
18	Панель управління основного та допоміжного освітлювальних блоків повинна мати дисплей, на якому відображаються цифрові значення рівнів освітленості та колірної температури	наявність
19	Функція пам'яті налаштованих параметрів	наявність
20	Обертання горизонтального важеля, балансувального пристрою, освітлювального блоку в горизонтальній площині	не менше 360°
21	Живлення від мережі змінного струму	220В/50Гц
22	Споживана потужність основного освітлювального блоку, Вт	не більше 50
23	Споживана потужність допоміжного освітлювального блоку, Вт	не більше 50
24	Освітлювальні блоки повинні мати можливість працювати окремо	наявність

5. Інші умови:

№	Документи на прилад	Вимога
1	Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів, затвердженого постановою КМУ № 753 від 2 жовтня 2013	Надати копію
2	Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника)	Надати копію
3	Гарантійний лист на здійснення монтажу світильника кваліфікованими спеціалістами Постачальника за рахунок Постачальника.	Надати копію
4	Гарантійний лист виробника або уповноваженого представника виробника на території України в якому підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією	Надати копію

9. Ціна на послугу з поводження з побутовими відходами

Очікувана вартість закупівлі - 414 000,00 грн (чотириста чотирнадцять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель".

10. Мета закупівлі: для забезпечення навчальної роботи кафедри Хірургії №1