

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

- **Найменування замовника:** Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
- **Місцезнаходження замовника:** 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
- **Ідентифікаційний код замовника:** 02010793
- **Категорія замовника:** підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 38310000-1 Високоточні терези (Ваги електронні аналітичні – відповідний код 38311100-9).

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-11-24-007898-a

**4. Відкриті торги з із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні**

**5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 41 000,00 грн. (Сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено керівником проекту шляхом моніторингу загальнодоступної інформації, яка міститься у відкритих джерелах (у т.ч. на сайтах, спеціалізованих майданчиках, та оголошених/ завершених процедур закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua> ).

**КЕКВ:** 3110

**6. Кількість:** 1 шт

**7. Місце надання послуг:** 79010, м. Львів, вул. Шімзерів, 3а

**8. Мета закупівлі:** Для виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України 2022.01/0151 «Вдосконалення діагностики та лікування порушень (розладів) статевої та репродуктивної функцій чоловіків постраждалих внаслідок бойових дій», необхідно здійснити закупівлю високоточних терезів.

**9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб кафедр.

**1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ** В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

2. Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти

товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. **(надати гарантійний лист).**

4. Доставка товару та його розвантаження має здійснюватися силами та за рахунок Учасника - переможця. **На підтвердження надати гарантійний лист.**

5. Гарантійний термін обслуговування – не менше 36 місяців. (надати гарантійний лист).

6. Термін поставки до 15 грудня 2023 року.

7. При поставці товару, Учасником-переможцем надається (для підтвердження надати гарантійний лист):

7.1. Керівництво з експлуатації викладене українською мовою,

7.2. Декларація відповідності вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів.

№	Технічні вимоги		Відповідність Так/Ні з посиланням на сторінку технічної документації виробника (інструкція, брошура, тощо)
<b>ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ АНАЛІТИЧНІ</b>			
1	Найвища границя зважування, г	220	
2	Дискретність, мг	0,1 мг	
3	Мінімальне навантаження, мг	10 мг	
4	Розмір шальки, мм	90	
5	Час зважування, с	Не менше 6 с	
6	Робоча температура °С	+18 - + 38 °С	
7	Градування	внутрішнє (автоматичне)	
8	Клас точності	I	
9	Живлення	220 В 50 Гц/12 В	
10	Повторюваність мг	0,1	
11	Нелінійність мг	0,2	
12	Поріг чутливості	Не менше 1,4	
10	Повинні відповідати вимогам «Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів» затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1062 та ДСТУ EN 45501:2017 "Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)		
11	Наявність захисного ковпака		