

## Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

### ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

- **Найменування замовника:** Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
- **Місцезнаходження замовника:** 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
- **Ідентифікаційний код замовника:** 02010793
- **Категорія замовника:** підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стоматологічна установка – відповідний код 33192410-9) (код згідно НК 024:2023: 60930 Установка стоматологічна портативна).

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-11-27-015912-a

**4. Відкриті торги з із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні**

**5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 350 000,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено керівником проекту шляхом моніторингу загальнодоступної інформації, яка міститься у відкритих джерелах (у т.ч. на сайтах, спеціалізованих майданчиках, та оголошених/ завершених процедур закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua> ).

**КЕКВ:** 3110

**6. Кількість:** 1 шт

**7. Місце надання послуг:** 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69а

**8. Мета закупівлі:** Для вдосконалення навчального процесу в стоматологічному медичному центрі та для надання високоспеціалізованої стоматологічної допомоги, в тому числі для осіб, які постраждали від російської агресії, необхідно здійснити закупівлю системи стоматологічної установки за рахунок асигнувань бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету департаменту охорони здоров'я, виділених як субвенція, розпорядженням Львівської ОДА, №602/0/5-23ВА від 02.08.2023 року.

**9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб кафедр.

### ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

1. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та

правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

2. Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. **(надати гарантійний лист).**

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. На підтвердження **Учасник повинен надати лист із зазначенням наявності сервісних центрів, а також довідку щодо сервісних інженерів**, які мають повноваження проводити інсталяцію та сервісне обслуговування запропонованого Товару на території України.

5. Доставка товару та його розвантаження має здійснюватися силами та за рахунок Учасника - переможця. **На підтвердження надати гарантійний лист.**

6. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку.

7. Термін поставки до 31 грудня 2023 року.

*Зазначити країну походження предмету закупівлі та дату ввезення на митну територію України.*

№	Загальні вимоги:	Відповідність та/ні
1	Наявність декларації про відповідність	
2	Наявність сертифіката оцінювання відповідності	
3	Безпека обладнання – забезпечується наявністю знаку CE та відповідність обладнання європейській директиві по безпеці 93/42 ЄЕС;	
4	Живлення – від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц;	
5	Придатність всіх поверхонь до обробки дезінфікуючими засобами;	
6	Термін гарантійного обслуговування не менш ніж 2 роки	
7	Термін післягарантійного обслуговування протягом всього періоду експлуатації;	
8	Стоматологічна установка має бути виготовлена не раніше 2023 року <b>надати гарантійний лист</b>	
9	Лист-авторизація від виробника де зазначена гарантія поставки товару в необхідній кількості, комплектності та в терміни, зазначені в тендерній документації.	
<b>11</b>	<b>Стоматологічна установка:</b>	
11.1	Всі підводи комунікацій повинні бути сховані під кріслом;	
11.2	Блок лікаря, плювальниця, світильник мають бути навісними на крісло і рухатися разом з кріслом;	
11.3	Пантографічне плече столика лікаря з рухами в горизонтальній і вертикальній площинах з відсутністю гофрових гумових з'єднань;	

<b>12</b>	<b>Блок лікаря на 4 інструменти</b>	
12.1	Верхнє підведення шлангів інструментів;	
12.2	Трьохфункціональний пістолет;	
12.3	Один турбінний пневмовихід з підсвіткою роз'ємом типу midwest;	
12.4	Електричний безщітковий мікро мотор з підсвіткою LED та діапазоном обертання (100-40000)об/хв з повітряним охолодженням і внутрішнім підводом води і повітря на наконечник зі шлангом;	
12.5	П'єзоелектричний скалер з підсвіткою;	
12.6	Негатоскоп;	
12.7	Пульт управління кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією ENDO для електромотора;	
12.8	Столик великий з силіконовим ковриком;	
12.9	Наконечник турбінний з підсвіткою;	
12.10	Наконечник кутовий з внутрішнім охолодженням;	
12.11	Наконечник прямий з внутрішнім охолодженням;	
<b>13.</b>	<b>Гідроблок:</b>	
13.1	керамічна біла чаша плювальниці поворотного типу зі зливом та електронним керуванням наповнення склянки;	
13.2	ежекторний повітряний слиновідсмоктувач;	
13.3	система чистої води;	
13.4	пневматична педаль керування;	
<b>14</b>	<b>Блок світильника:</b>	
14.1	LED світильник 12 В;	
14.2	LED світильник на пантографічному плечі з силою світлового потоку регульована від 3000 до 35000 lux.	
<b>15</b>	<b>Крісло пацієнта:</b>	
15.1	З електромеханічним механізмом;	
15.2	Безшовна оббивка;	
15.3	Наявність лівого рухомого знімного підлокітника;	
15.4	Вантажопідйомність не менш 135 кг.	