

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
вул. Пекарська, 69, м. Львів, Львівська область, Україна, 79010.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710»

1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (фетальні монітори – відповідний код 33124100-6) (Код згідно НК 024:2019: 43958 –

Фетальний кардіологічний монітор)

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-11-002202-a

3. Відкриті торги

4. Очікувана вартість закупівлі: 545 000,00 грн (п'ятсот сорок п'ять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

5. Кількість: 11 шт.

6. Місце постачання: 79010, м. Львів, вул. Шімзерів, 3а.

7. Мета закупівлі.

Закупівля здійснюється на потребу кафедри акушерства та гінекології.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, зокрема:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
фетальний монітор – 11 шт.

| № | Параметр | Ступінь інформації | Дані приладу, заповнюється Учасником |
|----|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати | |
| 2. | Країна-виробник | вказати | |
| 3. | Модель | вказати | |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | вказати (повинно бути не менше 24 місяців) | |

| № | Найменування характеристик та функцій | Вимоги | Заповнюється Учасником, вказати «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
|---|--|-----------------|---|
| 1 | Вимоги до електроживлення монітора: | | |
| | Напруга електроживлення | 100-240 В | |
| | Частота електроживлення | 50 Гц | |
| | Споживана потужність | не більше 80 ВА | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Ємність вбудованого акумулятора | не менше 4000 мА/год | |
| | Тривалість роботи від вбудованого акумулятора | не менше 2 годин | |
| 2 | Вимоги до габаритних розмірів та маси монітора: | | |
| | Габаритні розміри (ДхШхВ) | не більше 360х270х110 мм | |
| | Вага | не більше 6 кг | |
| 3 | Вимоги до дисплея: | | |
| | Тип екрану | кольоровий сенсорний | |
| | Довжина діагоналі | не менше 12 дюймів | |
| | Розподільча здатність | не гірше 800×600 | |
| | Регулювання кута нахилу дисплею | наявність | |
| 4 | Вимоги до вбудованого принтера: | | |
| | Ширина термопаперу | не менше 110 мм | |
| | Режими друку | не гірше: друк в реальному часі, друк в режимі стоп-кадр | |
| | Швидкість друку | в наявності: 1 см/хв, 2 см/хв, 3 см/хв | |
| 6 | Вимоги до вимірювання частоти серцевих скорочень плода: | | |
| | Моніторинг частоти серцевих скорочень плода | наявність | |
| | Робочий режим | імпульсно-хвильовий | |
| | Робоча частота | в межах 1 – 3 МГц ±1% | |
| | Діапазон вимірювання ЧССП | не гірше 50 – 210 уд./хв | |
| | Похибка вимірювання ЧССП | не гірше ±1 уд/хв | |
| | Інтенсивність вихідного пучка | не більше 10 мВт/см ² | |
| | Функція налаштування гучності частоти серцевих скорочень плода | наявність | |
| | Функція зміщення ЧССП при спостереженні двійні | наявність | |
| 7 | Вимоги до вимірювання скорочувальної активності матки: | | |
| | Моніторинг скорочувальної активності матки | наявність | |
| | Діапазон вимірювання ТОСО | не гірше 0 – 100 | |
| | Нелінійна похибка вимірювання ТОСО | не гірше ±8% | |
| | Функція обнуління ТОСО | наявність | |
| 8 | Інші функціональні вимоги: | | |
| | Автоматичний режим підрахунку рухів плода | наявність | |
| | Ручний режим підрахунку рухів плода | наявність | |
| | Налаштування чутливості підрахунку рухів плода в автоматичному режимі | наявність | |
| | Аналіз даних КТГ | Наявність аналізу за шкалою Фішера та Кребса | |
| | Демонстраційний режим | наявність | |
| | Режим відображення інформації на екрані - екран плода | наявність, відображення графічних сигналів ЧССп та ТОСО, відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО | |
| | Режим відображення інформації на екрані - екран великих чисел | наявність, відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО | |
| | Підключення до центральної системи моніторингу | можливість | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Звукова та світлова системи тривоги | наявність | |
| | Налаштування гучності сигналу кнопок | наявність | |
| | Налаштування яскравості екрану | наявність | |
| | Роз'єм мережі (Network/LAN) | наявність | |
| | USB порт | наявність | |
| | Друк на зовнішньому лазерному принтері | можливість | |
| | Типи тривоги | в наявності: фізіологічні тривоги, технічні тривоги | |
| | Рівні тривоги | в наявності: високий рівень, середній рівень, низький рівень | |
| | Зручна ручка для перенесення | наявність | |
| 9 | Вимоги до комплектації (не гірше): | | |
| | Інструкція з експлуатації українською мовою | 1 шт. | |
| | Монітор фетальний (основний блок) | 1 шт. | |
| | Водонепроникний датчик ЧСС плода | 1 шт. | |
| | Водонепроникний датчик ТОСО | 1 шт. | |
| | Маркер руху плода | 1 шт. | |
| | Термопапір | 1 шт. | |
| | Ремінь | 2 шт. | |
| | Гель ультразвуковий | 1 шт. | |
| | Провід вирівнювання потенціалів | 1 шт. | |
| | Шнур живлення | 1 шт. | |
| | Комплектація монітора акустичним стимулятором пробудження плода | можливість | |

5. Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога | Відповідність |
|---|--|--------------|---------------|
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію | |
| 2 | Сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію | |
| 3 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | Надати копію | |
| 4 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію | |

Обґрунтування вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі: 545 000,00 грн (п'ятсот сорок п'ять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

Розрахунок вартості товару здійснювався відповідно до інформації про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідного товару та спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель.