

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
вул. Пекарська, 69, м. Львів, Львівська область, Україна, 79010.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710»

1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столи операційні з механіко-гідравлічним приводом – відповідний код 33192230-3) (Код згідно НК 024:2019: 58034 Стіл операційний універсальний, з гідравлічним приводом)

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-11-004922-c

3. Відкриті торги

4. Очікувана вартість закупівлі: 213 000,00 грн (двісті тринадцять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

5. Кількість: 2 шт.

6. Місце постачання: 79010, м. Львів, вул. Шімзерів, 3а.

7. Мета закупівлі.

Закупівля здійснюється на потребу кафедри акушерства та гінекології.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, зокрема:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до операційного столу з механіко-гідравлічним приводом “МТ300”

1. Призначення:

Призначення:	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
Операційний стіл повинен бути призначений для безпечного позиціонування пацієнта при виконанні операцій: в загальній хірургії, акушерстві та гінекології, травматології та інших хірургічних галузях.	

2. Загальні відомості :

№	Загальні відомості	Ступінь інформації	Дані приладу
1.	Фірма виробник обладнання	Вказати	
2.	Країна-виробник	Вказати	
3.	Модель	Вказати	
4.	Гарантійний термін експлуатації	не менше 12 місяців	

3. Комплектація :

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Стіл операційний	1 шт.	
2	Дуга анестезіологічна	1 шт.	
3	Секція для голови	1 шт.	
4	Опора для плечей	2 к-ти	
5	Опора для руки	2 к-ти	
6	Опора бічна	2 к-ти	
7	Секція для ноги	2 шт.	
8	Опора під коліна	2 к-ти	
9	Опора для стоп ніг	1 к-т.	
10	Матрац	1 к-т.	
11	Ручка регулювання висоти моста для нирок	1 шт.	
12	Набір рентген-прозорих панелей дублюючий секції ложе	1 к-т.	
13	Інструкція з експлуатації	1 шт.	

4. Технічні параметри:

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Стіл повинен бути з механіко-гідролічним приводом	наявність	
2	Регулювання висоти столу повинно відбуватися за допомогою педалі гідролічного приводу	наявність	
3	Ручки управління для налаштування нахилів ложе в положення тренделбург та зворотній тренделенбург, нахилів ложе вліво і вправо, нахилів спинної секції і вигину верхньої частини столу догори повинні бути розташовані під секцією для голови	наявність	
4	Регулювання висоти моста для нирок повинно здійснюється шляхом обертання спеціальної рукоятки з двох сторін столу	наявність	

5	Положення опор для рук, опор під коліна, опор бічних, упорів для плечей повинно налаштуватися вручну	наявність	
6	Опори для рук повинні бути швидкоз'ємні та рентген-прозорі	наявність	
7	Налаштування положення секції для голови та секцій для ніг повинно здійснюватися за допомогою механічних зубчастих фіксаторів	наявність	
8	Секція для голови та секції для ніг повинні бути знімними	наявність	
9	Станина і телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі	наявність	
10	Верхня частина (ложе) столу повинна бути рентген-прозорою	наявність	
11	Ложе столу повинно бути обладнано знімним (без використання інструментів) набором рентгенпрозорих панелей дублюючим секції ложе, що дає змогу робити рентгенівські знімки на касетах.	наявність	
12	Конструкцією столу повинно бути передбачено використання рентгенівських апаратів типу С-дуга для виконання рентгенівських знімків на секції для голови, спинній секції, секціях для ніг та опорах для рук.	наявність	
13	Стіл повинен бути обладнаний колесами для легкого переміщення в межах операційного залу	наявність	
14	Блокування і розблокування основи столу для переміщення повинно виконуватись за допомогою одноразового натискання ногою на педаль гальм, розташовану на основі столу	наявність	
15	Опори для стоп ніг повинні встановлюватись в вертикальному і горизонтальному положеннях	наявність	
16	З двох сторін стіл повинен бути обладнаний рейками для встановлення додаткових аксесуарів	наявність	
17	Розміри рейок для встановлення аксесуарів	висота не більше 30 мм, товщина не більше 8 мм	
18	Розміри верхньої частини столу (довжина × ширина)	не менше 2020 × 500 мм	
19	Висота верхньої частини столу від підлоги	не менше 760-1020 мм	
20	Висота верхньої частини столу від підлоги з встановленим набором рентгенопрозорих панелей для рентгенівських знімків на касетах	не менше 800-1060 мм	
21	Діапазон переміщення вгору вниз	не менше 260 мм	
22	Бічний нахил ложе вліво	не менше 20°	

23	Бічний нахил ложе вправо	не менше 20°	
24	Тренделенбург	не менше 22°	
25	Зворотній тренделенбург	не менше 22°	
26	Нахил секції для голови вгору	не менше 65°	
27	Нахил секції для голови вниз	не менше 75°	
28	Нахил секції спинної вгору	не менше 75°	
29	Нахил секцій для ніг вниз	не менше 85°	
30	Нахил секцій для ніг вгору	не менше 15°	
31	Відведення секцій для ніг вбік	не менше 180°	
32	Висота моста для нирок (ниркового валика)	не менше 0-125 мм	
33	Висота моста для нирок (ниркового валика) з встановленим набором рентгенопрозорих панелей для рентгенівських знімків на касетах	не менше 0-85 мм	
34	Максимальне безпечне навантаження, кг	не менше 160	

5. Інші умови:

№	Документи на прилад	Вимога	Відповідність
1	Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого постановою КМУ № 753 від 2 жовтня 2013р.	наявність	
2	Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника)	наявність	
3	Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист	наявність	

	повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.		
--	---	--	--

Обґрунтування вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі: 213 000,00 грн (двісті тринадцять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

Розрахунок вартості товару здійснювався відповідно до інформації про ціни на товар, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідного товару та спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель.