

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

- **Найменування замовника:** Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
- **Місцезнаходження замовника:** 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
- **Ідентифікаційний код замовника:** 02010793
- **Категорія замовника:** підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори (Дозатори одноканальні змінного об'єму - відповідний код 38437000-7 ( Код згідно НК 024:2023: 35734); Магнітна мішалка – відповідний код 38436500-5 (код згідно НК 024:2023:43845)).

**3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-11-09-009205-a

**4. Відкриті торги з із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні**

**5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 58 000,00 грн. (п'ятдесят вісім тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом моніторингу загальнодоступної інформації, яка міститься у відкритих джерелах (у т.ч. на сайтах, спеціалізованих майданчиках, та оголошених/завершених процедур закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua> ).

**КЕКВ:** 2210

**6. Кількість:** 11 штук.

**7. Місце надання послуг:** 79010, м. Львів, вулиця Шімзерів, 3а

**8. Мета закупівлі:** Для виконання державних програм, а саме виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України 2022.01/0151 Вдосконалення діагностики та лікування порушень (розладів) статевої та репродуктивної функцій чоловіків постраждалих внаслідок бойових дій.

**9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб кафедр для проведення наукових досліджень.

## Технічна специфікація

1. До усіх посилань на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами здійснених у цій технічній специфікації – застосовується вираз «або еквівалент». До усіх посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва здійснених у цій технічній специфікації – застосовується вираз «або еквівалент».

2. Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти

товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля (**надати гарантійний лист**).

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. На підтвердження **Учасник повинен надати лист із зазначенням наявності сервісних центрів, а також довідку щодо сервісних інженерів**, які мають повноваження проводити інсталяцію та сервісне обслуговування запропонованого Товару на території України.

5. Доставка товару розвантаження та його встановлення має здійснюватися силами та за рахунок Учасника - переможця. **На підтвердження надати гарантійний лист.**

6. Термін поставки до 15 грудня 2023 року.

№ п/п	Код згідно НК:024: 2023	Технічні вимоги	Кількість	Найменування товару запропонованого учасником із зазначенням технічних характеристик (заповнюється учасником)*
1.	35734	<p>Дозатор одноканальний змінного об'єму 20-200 мкл – відповідний код 38437000-7</p> <p>У складі пропозиції учасник повинен надати:</p> <p>1. Сертифікат систем керування якістю згідно ISO 9001:2015.</p> <p>2. У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати копію декларації відповідності запропонованого товару вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 або гарантійний лист з інформацією про те, що така декларація відповідності буде надана Замовнику після проведення пусканалагоджувальних робіт.</p> <p>Даний дозатор повинен повністю автоклавуватися.</p> <p>Повинен бути стійким до хімічних речовин.</p> <p>Наявність чіткого дисплею, кольорове кодування для ідентифікації матеріалу.</p> <p>Зручна ергономічна рукоятка та опора для пальців будь-якої руки.</p> <p>Висока точність встановленого об'єму.</p> <p>Наявність тонкого забірної стержня, що полегшуватиме процедуру забору рідини з тонких ємностей.</p> <p>М'який та плавний хід поршневого механізму, що потребує незначних зусиль для піпетування.</p> <p>Гарантійний термін 2 роки. У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист.</p>	2 шт	
2.	35734	<p>Дозатор одноканальний змінного об'єму 100-1000 мкл – відповідний код 38437000-7</p>	3 шт	

		<p>У складі пропозиції учасник повинен надати:</p> <p>1. Сертифікат систем керування якістю згідно ISO 9001:2015.</p> <p>2. У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати копію декларації відповідності запропонованого товару вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 або гарантійний лист з інформацією про те, що така декларація відповідності буде надана Замовнику після проведення пусконаладжувальних робіт.</p> <p>Даний дозатор повинен повністю автоклавуватися. Повинен бути стійким до хімічних речовин.</p> <p>Наявність чіткого дисплею для кольорового кодування для ідентифікації матеріалу.</p> <p>Зручна ергономічна рукоятка та опора для пальців будь-якої руки.</p> <p>Висока точність встановленого об'єму.</p> <p>Наявність тонкого забірної стержня, що полегшуватиме процедуру забору рідини з тонких ємностей.</p> <p>М'який та плавний хід поршневого механізму, що потребує незначних зусиль для піпетування.</p> <p>Гарантійний термін 2 роки. У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист.</p>		
<b>3.</b>	<b>35734</b>	<p>Дозатор одноканальний змінного об'єму 500-5000 мкл відповідний код 38437000-7</p> <p>У складі пропозиції учасник повинен надати:</p> <p>1. Сертифікат систем керування якістю згідно ISO 9001:2015.</p> <p>2. У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати копію декларації відповідності запропонованого товару вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 або гарантійний лист з інформацією про те, що така декларація відповідності буде надана Замовнику після проведення пусконаладжувальних робіт.</p> <p>Даний дозатор повинен повністю автоклавуватися. Повинен бути стійким до хімічних речовин.</p> <p>Наявність чіткого дисплею, кольорове кодування для ідентифікації матеріалу.</p> <p>Зручна ергономічна рукоятка та опора для пальців будь-якої руки.</p> <p>Висока точність встановленого об'єму.</p> <p>Наявність тонкого забірної стержня, що полегшуватиме процедуру забору рідини з тонких ємностей.</p> <p>М'який та плавний хід поршневого механізму, що потребує незначних зусиль для піпетування.</p> <p>Гарантійний термін 2 роки. У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист.</p>	<b>2 шт</b>	

4.	35734	<p>Дозатор одноканальний змінного об'єму 2000-10000 мкл відповідний код 38437000-7</p> <p>У складі пропозиції учасник повинен надати:</p> <p>1. Сертифікат систем керування якістю згідно ISO 9001:2015.</p> <p>2. У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати копію декларації відповідності запропонованого товару вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів виміральної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 або гарантійний лист з інформацією про те, що така декларація відповідності буде надана Замовнику після проведення пусконаладжувальних робіт.</p> <p>Даний дозатор повинен повністю автоклавуватися.</p> <p>Повинен бути стійким до хімічних речовин.</p> <p>Наявність чіткого дисплею, кольорове кодування для ідентифікації матеріалу.</p> <p>Зручна ергономічна рукоятка та опора для пальців будь-якої руки.</p> <p>Висока точність встановленого об'єму.</p> <p>Наявність тонкого забірної стержня, що полегшуватиме процедуру забору рідини з тонких ємностей.</p> <p>М'який та плавний хід поршневого механізму, що потребує незначних зусиль для піпетування.</p> <p>Гарантійний термін 2 роки. У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист.</p>	2 шт	
5.	43845	<p>Магнітна мішалка – відповідний код 38436500-5</p> <p>Магнітна мішалка з підігрівом для перемішування і підігріву хімічних розчинів.</p> <p>Температура нагрівання платформи, на якій стоїть посудина, до 160°C, або краще.</p> <p>У корпусі мішалки повинен бути таймер, діапазоном до 10 годин.</p> <p>Гарантійний термін 2 роки. У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист.</p>	2 шт	